

דין וחשבון בדיקה מספר 7013207195

פרטי ההזמנה

שם המזמין : מאפוציי ישראל בע"מ
 מענו : ז'בונינסקי 7, נתניה
 תאריך ההזמנה : ז' ניסן תש"ף (1 אפריל 20)

תאור המוצר

מסכה כירורגית כחולה (לפי הגדרת המזמין).
 לפרטים נוספים ראה תיאור מורחב של המוצר

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך : ח' ניסן תש"ף (2 אפריל 20) **הנוטל : המזמין**
 כמות במדגם : 10

מהות הבדיקה, לפי בקשת המזמין

בדיקת יעילות הסינון למסכות, בהתאם לעיקרון* הבדיקה המתואר בסעיף 84.181 במסמך
 42 CFR Part 84-APPROVAL OF RESPIRATORY PROTECTIVE DEVICES, Subpart K - Non-Powered
 Air-Purifying Particulate Respirators, (10-1-97 Edition)

*למעט :

גודל המדגם (נדגמו 10 מסכות מכל דגם לעומת 20 כנדרש במסמך שלעיל).
 לבקשת המזמין הבדיקה בוצעה ללא האקלום המוקדם הנדרש במסמך שלעיל
 דרישת הלקוח ליעילות הסינון : מקסימום 10%, במקום לפחות 95% לפי סעיף התקן המוזכר לעיל.

מסמך זה מכיל 3 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפרוט שנבדק.	מסמך זה אינו היתר תו תקן
--	---	--------------------------

סיכום

פרוט התוצאות הבדיקה ראה בהמשך הדו"ח.

שם הבודק : יניב אדוריאן תפקיד : בודק

י"ב ניסן תש"ף (6 אפריל 2020)
 תאריך הפקת הדו"ח

שם המאשר : דודו וארום תפקיד : רמ"ד חלונות ומע' מיגון

דין וחשבון בדיקה מספר 7013207195

דף 2 מתוך 3

תאור מורחב של המוצר

תאור:

מסכה כירורגית כחולה, ללא כיתוב.
(לפי הגדרת המזמין)



דין וחשבון בדיקה מספר 7013207195

דף 3 מתוך 3

מסקנה	תוצאות הבדיקה			שיטת הבדיקה (לפי דרישות המזמין)	תאור הבדיקה
אין מסקנה	התנגדות לזרימה (מ"מ עומד מים)	יעילות הסינון (%)	מס. מסכה	<p><u>ציוד בדיקה :</u> פנטרומטר TSI 8130</p> <p><u>נוזל בדיקה :</u> תמיסת NaCl לפי גודל חלקיקים כמפורט : חציון : 0.075 מיקרומטר, סטיית תקן קטנה מ-1.86 (לפי הגדרות המכשיר).</p> <p><u>ספיקת אוויר :</u> 85 ליטר/דקה</p>	בדיקת יעילות הסינון
	1.5	10.2	1		
	1.5	4.6	2		
	1.8	8.7	3		
	1.6	3.1	4		
	1.7	4.0	5		
	1.5	4.8	6		
	1.6	6.5	7		
	1.7	2.3	8		
	1.7	2.5	9		
1.5	5.1	10			

סוף דין וחשבון הבדיקה